

采购需求表（货物类）

名称：肝病中频治疗仪		采购部门：医学工程科	
资格要求	合格投标人的资格条件： ☐ 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件： ☐ 联合体投标： ☐ 不得分包或转包： ☐ 兼投兼中； ☐ 兼投不兼中； ☐ 是否专门面向中小企业 投标人还要满足的其它资格条件：		
预算及最高限价	预算金额： 4.98万元 最高限价（如有）：		
付款方式	验收合格后一年内支付		
交货时间	合同签订后十五日内		
交货地点	院方指定地点		
采购内容	肝病中频治疗仪一台		
技术参数	1. 用于脂肪肝的辅助治疗 2. 用于药物性肝病的辅助治疗 3. 用于病毒性肝病的辅助治疗 4. 配置推按手柄，可用于循经治疗 5. 可用于固定穴位治疗 6. 设备的输入功率：≤50VA 7. 工作频率：1kHz-2kHz 8. 脉冲宽度：244μs±10% 9. 基准负载（500Ω±5%）下最大输出电流≤80mA 10. 输出电流应在最小至最大输出范围连续可调 11. 脉冲输出频率3档可调 12. 输出电流稳定度：不同负载下输出电流变化率≤10% 13. 抗干扰：双路输出相互干扰不大于5% 14. 运行模式：连续运行 15. 运行时间：不低于4h 16. 有效治疗输出端口>10个 17. 时间设定范围：5min-99min可调 18. 输出导线长度不低于1600mm 19. 可满足两个患者同时治疗使用 20. 电压和频率：220V，50Hz 21. 具备断电重启保护功能 22. 防电击类型：II类BF型 23. 仪器推荐使用寿命不低于8年		
质保期	三年		
核心产品	采购多项产品需选一个作为核心产品		
售后服务			
其他	需有评分要求另附件		

采购部门负责人: 徐志华 主管院长: 徐志华 日期: 2016.7.20

